

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΛΙΝΩΝ (ΤΕΜ. 78)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 1.1 Τα στρώματα κλινών να είναι νοσοκομειακού τύπου κατάλληλα για τις κλίνες του οίκου ARJO HUNNTLEIGH μοντέλο ENTERPRISE 5000 που διαθέτει η κλινική του «Υγείας Μέλαθρον».
- 1.2 Οι διαστάσεις να είναι 1980X860X150 mm.
- 1.3 Να μπορούν να υποστηρίξουν βάρος ασθενή έως 250 Kg.
- 1.4 Το κάλυμμα να είναι αδιάβροχο, ελαστικό, πλενόμενο και ανθεκτικό στα νοσοκομειακά καθαριστικά.
- 1.5 Το αφρολέξ του στρώματος να αποτελείται από κυψέλες και στις δύο πλευρές ώστε να μπορεί να πάρει τη μορφή της επιφάνειας, στις πέντε κλίσεις που διαθέτει η κλίνη.
- 1.6 Το στρώμα να υποστηρίζει και ασθενείς για πολυήμερες κατακλύσεις.
- 1.7 Το στρώμα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις δύο επιφάνειες και να περιστραφεί στις τέσσερις πλευρές .
- 1.8 Το στρώμα να υποστηρίζει CPR καθώς επίσης να είναι και ακτινοδιαπερατό.
- 1.9 Να πληροί προδιαγραφές BS EN 597-1, BS EN 597-2, BS 6807:1996.
- 1.10 Να γίνει επίδειξη του προσφερόμενου στρώματος προς αξιολόγηση.
- 1.11 Το προσφερόμενο στρώμα θα συνοδεύεται από εγγύηση πέντε (5) ετών.